

奈良県総合医療センター手術支援システム及び手術材料キット導入提案業務

公募型プロポーザル 手術材料キット（実物提案）仕様書

奈良県総合医療センター手術支援システム及び手術材料キット導入提案業務公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）は奈良県総合医療センター手術支援システム及び手術材料キット導入提案業務公募型プロポーザル手術材料キット（実物提案）仕様書（以下「仕様書」という。）を基に実物提案を行うものとする。

1. 実物提案はプロポーザルの定められた時間内に行う事。
2. プロポーザルでは2点の手術材料キットの提案を行う事。
3. 手術材料キットは『別紙「キット構成表」』を基に1点提案し、もう1点は自由提案とする。
提案する手術材料キットについてはプロポーザル当日、実物を持参する事。（内容確認である為、滅菌等の処理は必要としない。）
4. 提案する手術材料キットはそれぞれ、見積明細を用意し、企画提案書提出時点で奈良県総合医療センター（以下「当センター」という。）へ提出する事。また自由提案する手術材料キットについては内容明細も提出する事。見積書については代理店見積書でも可とする。
5. 提案する手術材料キットについては感染管理の観点から次の条件、機能を有すること。
 - ①不織布の素材
 - ・ドレープ AAMI（米国医療機器振興協会）規格のレベル4
 - ・ガウン AAMI（米国医療機器振興協会）規格のレベル3以上
 - ②ピッキング業務・開封間違い防止の為に工夫がなされていること。

また、仕様書と一部内容が変わる提案であっても、全体としてより優れていると思われる提案であるなら、その提案も可とする。仕様書と内容が変わるとと思われる点についてはプレゼンテーションまでに当センターに説明しておくこと。

以上