

仕 様 書

手術室整備に伴う機器等一式

令和2年9月

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター

調達物品 仕様一覧

1. 調達物件名

- ・製造元：ミズホ株式会社
物品名：手術台 MOT-VS600D j 2台 (詳細別紙参照)
- ・製造元：マシモジャパン株式会社
物品名：Root 多項目モニター 1式 (詳細別紙参照)
- ・製造元：AYGUN
物品名：滅菌コンテナシステム 1式 (詳細別紙参照)
- ・製造元：GE ヘルスケアジャパン
物品名：エイシス CS2 ETCPro 2式 (詳細別紙参照)

2. 納品場所

奈良県総合医療センター (奈良市七条西町2丁目 897-5)

3. 納期

令和3年 3月30日(火)まで

4. 入札執行日時

令和2年 10月7日(水) 14時

5. 入札執行場所

奈良県総合医療センター 4階 会議室1

6. その他納入に関する要件

1. 上記納期までに納品できること
2. 機器の納品・搬入・設置にあたり、必要な工事・旧配管・配線等(調達物品を有効に稼働させるために生じる本体工事変更含む)は、すべて納入業者の負担によるものとする。
3. 調達物品が医療機器の場合は、納品時に薬事承認を得ている物品であるもの。
4. 納入器機は新造・未使用のものであること。
5. 納品伝票等については、病院担当者の指示に従い、必要な明細を提出すること。
6. 病院担当者による納品検収を終えない物品に関しては、納品されたものと認めない。
7. 物品検収時には、資産ラベルの貼り付けなど検収ルールについて、病院担当者の指示に従うこと。

8. 納入日には、購入年月日、製造メーカー、機器名称、規格・品番(製造シリアル番号)、納入業者名、連絡先を記載した納品リストのデータを提出すること。
9. 操作マニュアルは日本語であること、なお、操作上特に留意点については、装置上に明記すること。
10. 保守点検体制の整備及びトラブル等装置の障害時には、復旧のための迅速な対応を保証すること。
11. 納入後、機器の稼働前に関係者へ十分な取り扱い説明会を行い、使用について説明すること。それに係る費用はすべて負担すること。
12. 納入引渡後、検収を受けた翌日から1年間は保証期間とし、定期点検調整等無償にて随時行うこと。

以上

手術室整備に伴う機器等詳細

ミズホ株式会社			
手術台	MOT-VS600DJ 18-600-10	2	台
L型スクリーン掛け	08-062-05	2	個
上肢台	08-065-05	4	個
上肢台用オリジナルマットレス	08-065-45 (暑さ 100mm)	4	個
若杉氏上肢台	08-066-10 (2	個
若杉側部支持器	08-069-44	20	個
レビテーター	08-070-04 2個來美	1	個
レビテーターカート	08-070-09	1	個
Angle Viewer	08-114-00	1	個
カセット格納枠 A	18-089-40	2	個
クリスマンバンド A1	08-084-11	2	個
クリスマンバンド A2	08-084-12	4	個
マシモジャパン株式会社			
Root 多項目モニター		9515	1 式
RD SedLine Kit		9513	1 キット
03 モジュール		9637	1 ST
Redica17 Color Screen		9500	1 台
Oxygen Reserve Index		3950	1 個
補助ディスプレイシステム		9766	1 set
AYGUN			
滅菌コンテナシステム			1 式
BOX 600x272x138mm	K6-107		15 個
LID B3 モデル 赤	K8-124V		15 個
ワイヤーバスケット	K2-461		15 個
BOX 475x272x138mm	K6-307		40 個
LID B7 モデル 青	K8-343V		40 個
ワイヤーバスケット	K2-1501		40 個
GEヘルスケア・ジャパン株式会社			
エイシス CS2 ETCPro			2 式
アラジン2 カセット	セポフルラン		2 個
アラジン2 カセット	デスフルラン		2 個
耐圧ホース			2 本
余剰ホース			2 本
ガスモジュール			2 個
モニタマウント			2 個
光電社製モニターマウント			2 個