

放射線関連機器 X線 CT 組合せ型ポジトロン CT 装置および核医学診断用

検出器回転型 SPECT 装置等保守仕様書

1. 本業務に係る保守内容は以下の仕様をすべて満たし、保守に係る一切の費用（交通費・作業費・出張費および部品費等）を契約金額に含めるものとする。（各除外対象項目については下記に示す）
2. 本業務を受託するにあたり、受託しようとする者は、本仕様書の内容をメーカーと十分に協議し、サービスの提供が滞ることのないよう誠実に履行すること。
3. 本業務を受託する場合は、本仕様書に記載された内容を一括して当センターと契約できる者であること。
4. サービスの提供の際には、診療に支障をきたさないよう十分に配慮すること。
5. 機器保守・メンテナンスに関する必要な情報・サービス・技術を提供し、病院運営における円滑な稼働が継続できるようサポートすること。
6. 本業務の履行場所および名称
奈良市七条西町二丁目 8 9 7 番 5 号 奈良県総合医療センター
7. 本業務に係る対象装置・保守内容等については、下記のとおり。
< 1 > GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

契約対象装置	型式名	システム No.	部品免責	点検回数
X線 CT 組合せ型ポジトロン CT 装置	Discovery PET/CT IQ. X	IQ5105	X線管球保障あり	3

< 特記事項 >

- ・ 定期点検は年 3 回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・ 保守対象機器（GE 製品およびオプション品等）
ガントリ（PET 部および CT 部）
撮影テーブル
オペレーターコンソール
各種キャビネット類
各種モニタ
各種記憶装置
システムソフト、アプリケーションソフト等ソフトウェア一式
IVYECG（クロノスメディカルデバイス）
呼吸同期システム（バリアンメディカル）
- ・ 当センターより依頼がある場合は、解析プログラム開発支援を実施すること。
- ・ 保守契約患者検査用線源オプション（緊急修理同日廃棄分に限り）を含むこと。
- ・ 以下の業務は 24 時間対応とすること。
 - ①故障修復業務
 - ②電話による修復サポート業務
 - ③リモートサービス業務
 - ④部品供給受付

契約対象装置	型式名	システム No.	点検回数
画像解析用ワークステーション	Xeleris 4.0	YN6084	1

<特記事項>

- ・定期点検は年1回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・保守対象機器 (GE 製品)
WS システム本体 ネット
ワーク通信 各種モニタ
システムソフト、アプリケーションソフト等ソフトウェア一式
IVY ECG (クロノスメディカルデバイス)
呼吸同期システム (バリアンメディカル)
- ・以下の業務は 24 時間対応とすること。
 - ①故障修復業務
 - ②リモートサービス業務
 - ③部品供給受付

契約対象装置	型式名	システム No.	年間点検回数
核医学診断用検出器回転型 SPECT 装置	Discovery NM630	NT3086	3

<特記事項>

- ・定期点検は年3回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・保守対象機器 (GE 製品およびオプション品等)
コンピュータ
検出器と支持架
撮影テーブル
セレクターキャン
コリメータ
コリメータスタッカー及びカート
各種キャビネット類
各種モニタ
各種記憶装置
システムソフト、アプリケーションソフト等ソフトウェア一式
IVYECG モニター (クロノスメディカルデバイス)
- ・保守契約患者検査用線源オプション (緊急修理同日廃棄分に限る) を含むこと。
- ・保守契約の機器調整用線源オプション (機器調整用のみ含む) を含むこと。
但し、Tc99m、Ga07、Tl201、FDG の核種限定とする。
- ・以下の業務は 24 時間対応とすること。
 - ①故障修復業務
 - ②リモートサービス業務
 - ③部品供給受付

契約対象装置	型式名	システム No.	点検回数
画像解析用ワークステーション	Xeleris 4.0	YN6083	1

<特記事項>

- ・定期点検は年1回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・保守対象機器（GE 製品）

WS システム本体

ネットワーク通信

各種モニタ

システムソフト、アプリケーションソフト等ソフトウェア一式

- ・以下の業務は24時間対応とすること。

①故障修復業務

②リモートサービス業務

③部品供給受付

契約対象装置	型式名	システム No.	点検回数
画像診断装置用ワークステーション	AW Server L	ST0020	2

<特記事項>

- ・定期点検は年2回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・保守対象機器（GE 製品およびオプション品等）

AW Server 装置本体

クライアント PC（本体付属部分）

ネットワーク通信

各種モニタ

システムソフト、アプリケーションソフト等ソフトウェア一式

Client PC（AW Server 用 Option）

- ・以下の業務は24時間対応とすること。

①故障修復業務

②電話による修復サポート業務

③リモートサービス業務

④部品供給受付

< 2 > 株式会社ユニバーサル技研

契約対象装置	型式名	部品保証	点検回数
放射性薬剤自動投与装置	UG-01	10 万円	1

< 特記事項 >

- ・ 定期点検は年 1 回とし、双方協議の上、点検実施日を決定すること。
- ・ 定期点検・修理等の作業を実施した場合は、すみやかに作業報告書を作成し提出すること。
- ・ 本保守業務に含むもの
 - ① 機器の清掃、鋼製、消耗部品の交換
 - ② 定期点検時及び修理時に発生した修理部品費および交換部品費（部品費 10 万円以下に限る）
 - ③ 必要に応じて、機器の持ち帰り点検・修理作業 その際は、同等の代替機を提供する。
- ・ 本保守業務に含まないもの
 - ① オーバーホール点検・修理
 - ② 10 万円を超える部品費用
 - ③ 消耗部品