

放射線関連機器 血管撮影装置等保守①仕様書

1. 本業務に係る保守内容は以下の仕様をすべて満たし、保守に係る一切の費用（交通費・作業費・出張費および部品費等）を契約金額に含めるものとする。（各除外対象項目については下記に示す）
2. 本業務を受託するにあたり、受託しようとする者は、本仕様書の内容をメーカーと十分に協議し、サービスの提供が滞ることのないよう誠実に履行すること。
3. 本業務を受託する場合は、本仕様書に記載された内容を一括して当センターと契約できる者であること。
4. サービスの提供の際には、診療に支障をきたさないよう十分に配慮すること。
5. 機器保守・メンテナンスに関する必要な情報・サービス・技術を提供し、病院運営における円滑な稼働が継続できるようサポートすること。
6. 本業務の履行場所および名称
奈良市七条西町二丁目897番5号 奈良県総合医療センター
7. 本業務に係る対象装置・保守内容等については、下記のとおり。

< 1 > キヤノンメディカルシステムズ株式会社

契約対象装置	型式名	部品免責額	点検回数
血管撮影装置	INFX-8000C/HH	X線管球保障なし	2

< 装置構成 >

装置名	型式名	数量
X線循環器診断システム	INFX-8000C/HH	1式
大画面モニタ	XMEZ-LMM021/A2	1式

< 特記事項 >

- ・定期点検は年 2 回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・本保守業務に含むもの
 - ① 定期交換部品
 - ② オンコール作業費
 - ③ 点検時及び修理時に発生した修理部品費
 - ④ 以下の構成ユニット
 - TFP-1216A 1式
 - ワイヤレスフットスイッチ XBFS-880WS 1式
 - ⑤ 装置稼働にかかる立合業務
 - ⑥ リモートメンテナンス
- ・本保守業務に含まないもの
 - ① X線管球 DSRX-T7345GFS
 - ② 周辺機器及びメディア等の消耗品

- ③ 漏洩 X 線量測定
- ④ 他社製品
- ⑤ オーバーホール
- ⑥ 移設作業
- ⑦ ウイルス感染の調査及び対策・駆除

< 2 > 株式会社根本杏林堂

対象装置	型式	製造番号	点検回数
造影剤注入装置	Press DUO elite	EAA00145G	1

<特記事項>

- ・ 定期点検は年 1 回とし、双方協議の上、点検実施日を決定すること。
- ・ 定期点検・修理等の作業を実施した場合は、すみやかに作業報告書を作成し提出すること。
- ・ 本保守業務に含むもの
 - ①故障復旧作業費、交通費、部品の輸送費等
 - ②故障復旧・仕様・操作に関する電話等によるサポート業務
 - ③定期点検時及び修理時に発生した修理部品費および交換部品費 上記対応および作業は、原則休日・祝祭日を除く平日の 9 時から 17 時までとする
 - ④定期点検および修理時に発生した不良部品はすべてメーカーが引取処理を行うこと
 - ⑤オンコール作業費
- ・ 本保守業務に含まないもの
 - ①取扱説明に違反する使用方法により故障・破損した場合、改造等による不具合が発生した場合の修理作業費・部品費用
 - ②移設作業
 - ③新たな機器の追加費
 - ④オーバーホール
 - ⑤消耗品