

放射線関連機器
X線透視撮影装置 2式
保守仕様書

1. 本業務に係る保守内容は以下の仕様をすべて満たし、保守に係る一切の費用（交通費・作業費・出張費および部品費等）を契約金額に含めるものとする。（各除外対象項目については下記に示す）
2. 本業務を受託するにあたり、受託しようとする者は、本仕様書の内容をメーカーと十分に協議し、サービスの提供が滞ることのないよう誠実に履行すること。
3. 本業務を受託する場合は、本仕様書に記載された内容を一括して当センターと契約できる者であること。
4. サービスの提供の際には、診療に支障をきたさないよう十分に配慮すること。
5. 機器保守・メンテナンスに関する必要な情報・サービス・技術を提供し、病院運営における円滑な稼働が継続できるようサポートすること。
6. 本業務の履行場所および名称
奈良市七条西町二丁目 897番5号 奈良県総合医療センター
7. 本業務に係る対象装置・保守内容等については、下記のとおり。

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社

契約対象装置	型式名	システム No.	部品免責額	点検回数
X線透視撮影装置	VersiFlex VISTA	GF00008721	X線管球保障なし FPD 保障あり	2
X線透視撮影装置	VersiFlex VISTA	GF00007921	X線管球保障なし FPD 保障あり	2

<特記事項>

- ・定期点検は年 2 回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・本保守業務に含むもの
 - ① 定期点検 平日 9:00～17:00、土曜 9:00～12:00
 - ② 定期交換部品
 - ③ 緊急修理作業費
 - ④ 修理交換部品(部品価格制限なし) ※X線管球は除く
 - ⑤ FPD 修理交換
 - ⑥ VC-2000 録画装置 1式
 - ⑦ 電話による修理受付(土日祝・平日含む 24 時間)
 - ⑧ その他 修理対応時間および部品供給対応時間は、平日 9:00～17:00
- ・本保守業務に含まないもの
 - ① X線管球
 - ② メディア等の消耗品