

## 麻酔記録システム 生体情報モニタ要求仕様書

生体情報モニタリングシステム構成について、以下の台数を満たすこと。

階	部署名 (仮称)	品目	概要	台数	備考
5F	手術	麻酔記録システム	手術室設置の生体情報モニタと連携	1式	別紙1の要求水準を満たすこと
全館	対象部署	生体情報モニタ他 システム連携システム	下記システム接続欄「○印」が該当	1式	

階	部署名 (仮称)	新病院諸室概要	セントラル モニタ	ベッドサイド モニタ	送信機	システム 接続	備考
5F	手術部	手術室	16人監視	10台	-	麻酔S	別紙2の要求水準を満たすこと
		手術部(リハビリ)	-	3台	-	麻酔S	
		手術部(出張麻酔用)	-	1台	-	麻酔S	
1F	救命救急外来	処置室・オーバーナイト	16人監視	8台	4台	○	別紙3の要求水準を満たすこと
		初療室	4人監視	3台	-	○	
5F	重症病棟	ICU	24人監視 (E-ICU6台含む)	10台	-	○	別紙4の要求水準を満たすこと
		E-ICU	6人監視	6台	-	○	
		救命救急病棟	18人監視	8台	10台	○	
3F	重症病棟	NICU	12人監視	12台	-	○	別紙5の要求水準を満たすこと
		GCU	18人監視	6台	6台	○	
2F	病棟	2東病棟	6人監視	3台	3台	○	別紙6の要求水準を満たすこと ※ナースコールとの連動を行うこと
		2西病棟	32人監視	6台	18台	○	
3F	病棟	3東病棟(産科)	4人監視	2台	2台	○	
		3東病棟(婦人科他)	6人監視	2台	4台	○	
		3西病棟	8人監視	3台	5台	○	
		MFICU/LDR/分娩室	9人監視	4台	5台	○	
4F	病棟	4東病棟	8人監視	3台	5台	○	
		4西病棟	16人監視	5台	10台	○	
5F	病棟	5東病棟	8人監視	3台	5台	○	
		HCU	16人監視	8台	8台	○	
		5西病棟	12人監視	4台	8台	○	
6F	病棟	6東病棟	14人監視	3台	5台	○	
		感染病棟	6人監視	3台	3台	○	
		6西病棟	8人監視	3台	5台	○	
7F	病棟	7西病棟	8人監視	4台	4台	○	
2F	外来部門	中央処置室	4人監視	4台	-	○	別紙7の要求水準を満たすこと
2F	外来部門	2階フロアー共通	-	1台	-	-	
3F		3階フロアー共通	-	1台	-	-	
B1F	放射線部門	核医学、放射線治療	-	5台	-	-	
1F		CT撮影室	-	-	-	-	
1F	放射線部門、救命セン	血管撮影室	-	3台	-	-	
1F	内視鏡部門	内視鏡	-	8台	-	-	
2F	臨床検査部門	生理検査	-	2台	-	-	
2F	人工透析部門	血液浄化	8人監視	4台	4台	○	
3F	化学療法	化学療法	16人監視	8台	8台	○	
3F	リハビリテーション	リハビリ室	8人監視	-	8台	○	

※1次側工事以降の費用は全て含むこと。

階	部署名 (仮称)	品目	概要	台数	備考
	救命救急	ツインディスプレイ	天吊り 液晶32型程度	2	
	手術室	シングルディスプレイ	天吊り 液晶32型程度	3	5F麻酔医控室/5Fコントロール室
	手術室	シングルディスプレイ	液晶19型程度	1	OP1用
	手術室	シングルディスプレイ	液晶19型程度	1	OP3用
	EICU	シングルディスプレイ	個室扉分 液晶19型程度	2	
	救命病棟	ツインディスプレイ	天吊り 液晶32型程度	2	
	ICU	シングルディスプレイ	個室扉分 液晶19型程度	2	
	NICU	シングルディスプレイ	液晶19型程度	12	
	全般	有線領域LAN設備工事		1式	
		無線領域アンテナ設備工事		1式	
		設置に必要な架台等		1式	
		初年度保守費用		1式	

※1次側工事以降の費用は全て含むこと。